

家庭用放射線測定器
品名：エアカウンターEX

エアカウンター EX エステー校正・検査報告書

校正・検査完了日： 年 月 日

シリアル番号：

検査結果

検査項目	外観検査	動作確認	機能検査	ブザー音	測定値
内容	ケース、LCD カバー等に 使用が困難な レベルの傷が ないか	電源のON/OFF ができるか	LCD 画面の 表示や電気的 な動作が正常 であるか	ブザーが鳴るか	137Cs基準 線源に対し、 指示値が照射 値の±15% 以内か
結果	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良

※補正係数はプログラムに書き込まれていますので、表示値に乗ずる校正定数は必要ありません。

総合判定：

見本
エステー

校正サービス担当：

印

特記事項

エステー校正サービス トレーサビリティ体制概略図

